

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Jacob Jacobsen(JAJA)

Rapportnr.: AR-14-CA-00183534-01
Batchnr.: EUDKVE-00183534
Kunde nr. CA0000207
Modt. dato: 21.05.2014

Analyserapport

Sagsnr.: 1391300211
Sagsnavn: Hjermind Sø
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten KHLA
Prøveudtagning: 21.05.2014
Analyseperiode: 21.05.2014 - 23.05.2014

Bilag 3

Prøvemærke: 21

Lab prøvenr:	80122054	Enhed	DL.	Metode	Um (%)
<i>Uorganiske forbindelser</i>					
Total-N	8.7	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar	10
Total-P	0.079	mg/l	0.005	DS/EN ISO 6878 auto Skalar	10

23.05.2014

Kundecenter
Tel 70224267
G30@eurofins.dk

Hanne Jensen
Hanne Jensen
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapportens indhold må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.